


12 H 6
VT 214

Duodiode



● D_{II} A 10 Volt

● D_I

Sollwert: 0,8-0,9 mA

Hauptinstrument
Bereich

● **1,2 mA**

Prüfung „II. System“
Taste drücken!

● M

● K_{II}

● K_I

● F

Heizung: 12,5 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25