

**12 SQ 7** Duodiode - Triode

**12 SQ 7 GT**

**VT104**

Hauptinstrument



Bereich

● **12mA**

D<sub>II</sub> ● A 10 Volt

D<sub>I</sub> ●

**Sollwert: 0,5-0,6mA**



Prüfung „II. System“  
Taste drücken!



● M ● K

● F

● F

Heizung: 12,6 Volt

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25