

2 X 2

Einweg-Gleichrichter

Hauptinstrument
Bereich

143 D

879

VT 119

*Grobstufe „A“ 100 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!*

● **6 mA**

● A

Sollwert: 4 mA

●
● ● ●

● F

● F

Heizung: 2,5 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25

