


150/D

Tetrode



J_A - Bereich

J_A **37** mA

Achtung: Prüfung nur auf Spezialadapter!

A

60

350 V

U_{III}

G_2

U_I

200 V

G_1

Meßspannungen

30 V

K

K

K

K

Heizung	F	26,5	V
U_I	G_1	30	-V
U_{II}			-V
U_{III}	G_2	200	V
U_{IV}			V
A		350	V

F

F

Richtströme

Vorsicht! Hochspannung an den Elektroden

Heizung 26,5 Volt

J_A	37	mA
J_{G_2}		mA
S		mA/V

Meßkarie für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte