


5 T 4 Zweiweg-Gleichrichter

VT 114

Hauptinstrument
Bereich



● A_{II}

● A_I

Grobstufe „A“ 350 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

● 120 mA

●

● ● ●

Sollwert: 80 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● M

● F

Heizung: 5 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25