


5 U 4 G Zweiweg-Gleichrichter

VT 244



Hauptinstrument
Bereich



120 mA

Grobstufe „A“ 300 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!

Prüfung „II. System“
Taste drücken!

Sollwert: 65 mA



Heizung: 5 Volt



Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25