



5 W 4 Zweiweg-Gleichrichter

5 W 4 G

5 W 4 GT

VT 97




*Hauptinstrument
Bereich*

60mA

● *A_{II}*

● *A_I*

*Grobstufe „A“ 350 Volt
Feinregelung „A“ ganz rechts!*



Sollwert: 50mA

*Prüfung „II. System“
Taste drücken!*



● *M*

● *F*

Heizung: 5 Volt

● *F*

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25