



**Betriebsdaten:**  
 Typical operation:  
 Exemple d'utilisation:

$U_f$  . . . 6,3 V  
 $I_f$  . . . 0,3 A

**Prüfdaten:**  
 Test operation:  
 Vérification:

$U_f$  . . . 6,3 V $\sim$   
 $U_a$  . . . +150 V=  
 $U_{g1}$  0 & -2 V=  
 $U_{g2 \& UL}$  +150 V=

**In Stellung 13  
 auf Steuerwirkung  
 prüfen**

In position 13 is to  
 prove the control grid.  
 En position 13 vérifier  
 l'action de commande de la  
 grille.

**In Stellung 12 und 13  
 muß Abstimmfeld leuch-  
 ten, sonst ist die Röhre  
 unbrauchbar.**

In position 12 and 13 the  
 tuning indicator has to be  
 shining, but he is bad.  
 Il faut, que le tube indi-  
 cateur luit en Position 12 et  
 13, autrement il est inutile.

785

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 55.


**6 AF 7**  
 6 AF 7 G

Abstimmanzeiger / Tuning indicator / Tube indicateur.

Unbrauchbar  
 mauvais / Bad

?

**G U T**  
 Good / Bon



5 mA

