


# 6AJ5

# Pentode

Hauptinstrument  
Bereich

● **6mA**



● A 28 Volt

## Sollwert: 3mA



●  $U_{III}$  28 Volt

●  $G_2$

●  $U_I$  0,85 Volt

●  $G_1$

● K, M  $G_3$

● K, M,  $G_3$

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25