

6 B 7

Duodiode — Pentode



Hauptinstrument
Bereich

6 B 7 S

● **1,2 mA**

VT 68

A 10 Volt



Sollwert: 0,6-0,7 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



Heizung: 6,3 Volt



Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25