



6 CY 7

Triode II Triode I



Noval B9A



J_A - Bereich

A_{II}

150 V

60

Statt Kurzschluß-
stecker "K" RK
mit 620 Ohm
einsetzen

J_A 30 mA

U_I

0 V

G_{I,II}

A_I

G_{I,II}

K_I

K_{II}

F

F

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
U _I	G ₁	0	-V
U _{II}			-V
U _{III}			V
U _{IV}			V
A		150	V

Richtströme

J _A	30	mA
J _{G₂}		mA
S		mA/V