


6 F 7

Triode - Pentode

Hauptinstrument
Bereich

6 F 7 S
VT 70

30mA ●



● A 250 Volt

Sollwert: 6,5mA

● ● ●

● U_{III} 100 Volt

● G₂

● U_I 3 Volt

● A_T ● G_T ● K.G.₃

● G_{1p}

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25