


6 H 6 Duodiode



6 H 6 G

6 H 6 GT

6 H 6 MG

VT 90

VT 90 A

● *D_{II}* A 10 Volt

● *D_I*

Hauptinstrument
Bereich

● **1,2 mA**

Sollwert: 0,8-0,9 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● *M*

● *K_{II}*

● *K_I*

● *F*

Heizung: 6,3 Volt

● *F*

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25