


# 6 K 8

## Triode - Hexode

Hauptinstrument  
Bereich



A 250 Volt

### 6 K 8 G

### 6 K 8 GT

### 6 K 8 GT X

### VT 167

### VT 167A

# 6 mA

●  $U_{II}$  3 Volt

●  $U_{III}$  100 Volt

●  $U_I$  7,5 Volt

G<sub>2+4</sub>

G<sub>1H</sub>

## ● Sollwert: 2,5 mA

● M

● A<sub>Tr</sub>

● K

F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München. 25