

**6 N 5**

Anzeigeröhre

Hauptinstrument  
Bereich

● **1,2 mA**

● A 100 Volt

**Sollwert: ca. 1 mA**

●  $U_{III}$  135 Volt

● L

●  $U_I$  8 Volt

●  $G_1$

● K

F ●

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25

