


6 N 7 Duo-Triode

6 N 7 G

VT 96

*Hauptinstrument
Bereich*

30mA



A_{II} ●
 A_I ● *A300 Volt*

Sollwert: 17,5mA



● $U_{II} 0$ Volt

● G_{1II}

● $U_I 0$ Volt

● G_{1I}

● K



F ● *Heizung: 6,3 Volt*

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25