

**6 Q 7** Duodiode - Triode

**6 Q 7 G**


**6 Q 7 GT**

**6 B 6**

**6 B 6 G**

**6 T 7**

**6 T 7 G**



● DII

● DI

A 10 Volt

Hauptinstrument  
Bereich

● 1,2 mA

**VT 92**

**VT 92 A**

**Sollwert: 0,5-0,6mA**

Prüfung „II. System“  
Taste drücken!

● M

● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25