



6 SF 5 Triode

6 SF 5 GT



● A 250 Volt

Sollwert: 0,9 mA

*Hauptinstrument
Bereich*

● **1,2 mA**

● U_I 2 Volt

● G₁

● M ● K

Heizung: 6,3 Volt

● F

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25