


**6 SN 7** Duo-Triode

**6 SN 7 GT**

**VT 231**




Hauptinstrument  
Bereich

**30mA**

**A<sub>II</sub>**  
**A<sub>I</sub>** ● A 250 Volt

**Sollwert: 9mA**



● **U<sub>II</sub> 8 Volt**

● **G<sub>1II</sub>**

● **U<sub>I</sub> 8 Volt**

● **G<sub>1I</sub>**

● **K<sub>I</sub>**

● **K<sub>II</sub>**

Heizung: 6,3 Volt

● **F**

● **F**

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25