

6 V 6

Pentode

6 V 6 G

6 V 6 GT

VT 107

VT 107 A

VT 107 B

● A 250 Volt

Sollwert: 46 mA

● U_{III} 250 Volt

● U_I 12,5 Volt

● G₂

● G₁

● M

K ● G₃

F ●

Heizung: 6,3 Volt

● F

Hauptinstrument
Bereich

60 mA ●

●

●

●

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25

