


# 6 X 4 Zweiweg-Gleichrichter

Hauptinstrument  
Bereich



● AII

● AI

Grobstufe „A“ 300 Volt  
Feinregelung „A“ ganz rechts!

●

**60mA**

●

● ● ●

**Sollwert: 45mA**

Prüfung „II. System“  
Taste drücken!



● K

F ●

F ●

Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25