

6 Z 4 Zweiweg-Gleichrichter

VT 84

84


98

184

284

384

985



Grobstufe, A" 300 Volt
Feinregelung, A" ganz rechts!

Sollwert: 45mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken



Heizung: 6,3 Volt



Hauptinstrument

Bereich

60mA ●



Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25