


7 F 7 Duo-Triode

VT 189



Hauptinstrument
Bereich

● **3mA**

● A_{II}
● A_I A 250 Volt

Sollwert: 2,3mA

● U_{II} 2 Volt

● G_{1II}

● U_I 2 Volt

● G_{1I}

● K_I

● K_{II}

● F

Heizung: 7 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25