


AC 2 Triode



Hauptinstrument
Bereich

● **6mA**

● *A 250 Volt*

Sollwert: 6mA

● *U_I 5,5 Volt*

G₁ ●

● K

● F

Heizung: 4 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25