


Ba Triode

Hauptinstrument
Bereich



● **6mA**

● *A 220 Volt*

Sollwert: 3 mA

● *U_I 6 Volt*

● *G₁*

● *F*

Heizung: 3,45 Volt

● *F*

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25