


CB 2

Duodiode



DI ● A 10 Volt


DI ●

Hauptinstrument
Bereich

● **1,2 mA**

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● K

● F

Heizung: 13 Volt / 200 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25