


CBL 1

Duodiode - Pentode

Hauptinstrument
Bereich

● **1,2 mA**



A 10 Volt



Sollwert: 0,8 mA

Prüfung: „II. System“
Taste drücken!



Heizung: 44 Volt / 200 mA



Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25