

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 1,2 V=
 I_f . . . 0,05 A
 U_a . max 50 V
 I_a . max 0,2 mA

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 1 V~
 U_a . . . 10 V~



In Stellung 3

wird Signal „F“ angezeigt. Dies ist durch die Sockelschaltung bedingt und ist in Ordnung.

In Position 3 the meter pointer marked „F“ on account of the base diagram; that is all right.

En Position 3 l'aiguille renseigne „F“, c'est en ordre.

320

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 9. 54.

DAF 11


NF-Pentode + Diode
Karte 319 + Karte 320



Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



1 mA