


DK 40

Oktode

Hauptinstrument
Bereich



● **1,2 mA**

● A 90 Volt

Sollwert: 1mA

● U_{IV} 67,5 Volt

● G₅

● U_{III} 67,5 Volt

● G₂

● U_I 3,5 Volt

● G₁₊₃

● G₄

F ●

Heizung: 1,4 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25