


# E2c Tetrode

Hauptinstrument  
Bereich



60 mA

● A 220 Volt

Sollwert: 42 mA

●  $U_{II}$  200 Volt

●  $U_I$  3,5 Volt

●  $G_2$

●  $G_1$

●  $K+G_3$  ● M

● F

Heizung: 18 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25