


# EABC 80 Diode - Duodiode - Triode

## 6 T 8




$D_I$  ● A 10 Volt

**Sollwert: 0,6 - 0,7 mA**

Hauptinstrument  
Bereich

● 1,2 mA



Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25