

EABC 80 Diode - Duodiode - Triode

6T8

Hauptinstrument
Bereich



● 1,2 mA

● D_{III}


A 10 Volt

● D_{II}

Sollwert: 0,8-1mA



Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● K_{II} D_{I} ● K_{III}

F ●

F ●

Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25