


EB 2 Duodiode



DI ●

A 10 Volt

DI ●

Hauptinstrument
Bereich

1,2 mA

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



F ●

● K

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25