


EBC 3

Duodiode - Triode

Hauptinstrument

Bereich

1,2mA



DII ●
A 10 Volt

DI ●

Sollwert: 0,8mA

Prüfung, II. System!
Taste drücken!

● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25