


EC 92 Triode

6 AB 4



*Hauptinstrument
Bereich*

6mA

A 100 Volt

Sollwert: 3mA

U_I 1 Volt

G₁

H

F

F

Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25