


ECL 80 Triode - Pentode



Hauptinstrument
Bereich

30mA

A170 Volt

Sollwert: 15mA

U_{II} 170 Volt

U_I 6,7 Volt

A_T

G_T

K

F

F

G₃

G₂

G₁

Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25