


EH 2

Heptode

Hauptinstrument
Bereich

Sollwert: 4,2 mA

6mA



A 250 Volt

U_{II} 100 Volt

G4

U_{II} 3 Volt

G3

U_{III} 100 Volt

G2

U_I 3 Volt

G1

K

F

Heizung: 6,3 Volt

F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25