

EK 1

Oktode

Hauptinstrument
Bereich

Sollwert: 1,6 mA

● 3 mA

● A 250 Volt

● U_{II} 15 Volt

G4 ●

● U_{IV} 70 Volt

● G3+5

●

●

●

● U_{III} 90 Volt

● G2

● U_I 4 Volt

● G1

● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25

