

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 0,29 A
 $U_a \text{ max}$. 250 V/eff.
 $I_a \text{ max}$. 60 mA
 $U_{fk} \text{ max}$. 350 V
 $C \text{ max}$. 32 μF

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 6,3 V \sim
 U_a . . . 60 V \sim



Röhre hat **2 Systeme**.
Das 2. System ist in
Stellung **11** zu messen
2. System is measurable
in position **11**
2. System est à essayer
en position **11**

243

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel · 7. 53.


EZ 11

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon



50 mA

