


KL 1

Pentode

Hauptinstrument
Bereich



Achtung! Nur für KL 1 mit Stiftsockel!
Für Topfsockel andere Prüfkarte!

30 mA ●

● *A 135 Volt*

Sollwert: 8 mA

● *U_{III} 100 Volt*

● *G₂*

● *U_I 6 Volt*

● *G₁*

● *F*

● *F* *Heizung: 2 Volt*

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25