


KL 1

Pentode



Achtung! Nur für KL1 mit Topfsockel!
Für Stiftsockel andere Prüfkarte!

● A 135 Volt

Sollwert: 8 mA

● U_{III} 100 Volt

● U_I 6 Volt

● G₂

● G₁

● F

Heizung: 2 Volt

● F

Hauptinstrument
Bereich

30 mA ●

● ● ●

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25