



# PE 05 / 25

# Pentode



$J_A$  - Bereich

A



250 V

## $J_A$ 100 mA



120

### ACHTUNG !

Röhre nicht in Loktal-Fassung messen, sondern Spezial-Fassung (Valvo 4o21o/o2) verwenden !

$U_{III}$



250 V

$U_I$



10 V

$G_1$



$G_2$



K



$G_3$



$G_3$



F



F



### Heizung 12,6 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

#### Meßspannungen

Heizung	F	12,6	V
$U_I$	$G_1$	10	-V
$U_{II}$			-V
$U_{III}$	$G_2$	250	V
$U_{IV}$			V
A		250	V

#### Richtströme

$J_A$	100	mA
$J_{G_2}$	20	mA
S		mA/V