



PL 323 Thyatron


ASG 5023



J_A - Bereich

Emissionsprüfung

R _E	400	Ω
A _E	50	v
U _I	0	v
J _A	80	mA



RA	20	kΩ
RG	50	kΩ
A	400	v
U _I	50	v
t	30	sek
U _Z	2 - 6	v

U_I

Röhre löschen
II. System
drücken

G₁

50 V

F

F

Achtung! Prüfanweisung für
Thyatron beachten.

Heizung 2,5 Volt