


RE 074

Triode

Hauptinstrument
Bereich



● **6mA**

● A 150 Volt

Sollwert: 3,5mA



● U_I 9 Volt

● G₁

● F

● F

Heizung: 4 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25