


**RE 604**

Triode

Hauptinstrument

Bereich

**60 mA** ●



● A 250 Volt

**Sollwert: 40 mA** ● ● ●

●  $U_I$  45 Volt

● G<sub>1</sub>

● F

● F

Heizung: 4 Volt

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25