


RENS 1234

Hexode

Hauptinstrument
Bereich



● **6 mA**

● A 200 Volt

● U_{IV} 80 Volt

● G₄

Sollwert: 3 mA

● U_{II} 2 Volt

● G₃

● U_{III} 80 Volt

● G₂

● U_I 2 Volt

G₁ ●

● K

● F

Heizung: 4 Volt

F ●

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München.25