

RENS 1819

Tetrode

*Hauptinstrument
Bereich*



● **6mA**

A 200 Volt ●

Sollwert: 4mA ● ● ●

● U_{III} 60 Volt

● G_2

● U_I 2 Volt

● G_1

● K

● F

F ●

Heizung: 20 Volt / 180 mA

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25