



Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 4 V \sim
 U_a . . . 100 V \sim

Röhre hat **2 Systeme**.
 Das 2. System ist in
 Stellung **11** zu messen
 2. System is measurable
 in position **11**
 2. System est à essayer
 en position **11**

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 9. 54.

Betriebsdaten:
 Typical operation:
 Exemple d'utilisation:

	2004	2504
U_f . . .	4 . . .	4 V
I_f . . .	2 . . .	2,5 A
U_a . max	300 .	500 V eff
I_a . max	180 .	180 mA

Telefunken	Valvo		Tungsram	Philips
RGN 2004	G 2004	G 4200	PV 4200	1561
RGN 2504	G 5204	G 4250	PV 4201	1815

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar mauvais / Bad	?	G u t Good / Bon
------------------------------	---	----------------------------

