


# RGH 504

## Zweiweg-Gleichrichter

Hauptinstrument  
Bereich



● AI


● AII

Grobstufe „A“ 250 Volt  
Feinregelung „A“ ganz rechts!

30mA ●

**Sollwert: 25mA**

Prüfung „II. System“  
Taste drücken!



● F

● F

Heizung: 4 Volt

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25