



RL 12 T1 Triode



Seitenkontakt



J_A - Bereich

A



75 V

30

J_A 10 mA

U_I



1 V

G_1



K

-F



F

Meßspannungen

Heizung	F	12,6	V
U_I	G_1	1	-V
U_{II}			-V
U_{III}			V
U_{IV}			V
A		75	V

Richtströme

J_A		10	mA
J_{G_2}			mA
S			mA/V

Heizung 12,6 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte